



检 测 报 告

TEST REPORT

编号：AN25033138

检测类别：	委托检测
委托单位：	苏州艾成科技技术有限公司
报告日期：	2025-05-07

江苏安诺检测技术有限公司

JIANGSU ANNUO TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖我公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、我公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向我公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、检测结果中“ND”表示未检出，“/”表示未检测。

七、若项目左上角标注“*”，表示该项目为分包项目，由分包支持服务方进行检测。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：江苏省苏州市高新区珠江路 855 号 1 幢 4 层

邮政编码：215163

电 话：0512-65771718

传 真：0512-65771312

电子邮件：service@annuo.cc

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

受检单位	名称	苏州艾成科技技术有限公司		
	地址	苏州新区木桥街 30 号		
采样日期		2025.04.28	检测周期	2025.04.28~04.30
采样人员		陈广跃、黄亚峰		
检测目的		对苏州艾成科技技术有限公司废水进行检测。		
检测内容		废水：银		
检测结果		详见表（1）		
检测依据		详见表（2）		
备注		1、本报告中检测方案和参考标准由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况。		
编制：杜顺志 审核：沈恒仁 签发：董平 检测报告专用章 签发日期：2025 年 05 月 07 日 检验检测专用章				

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（1）废水检测数据统计表

采样日期		2025.04.28			
采样点位		DW002 含银废水车间排口			
样品编号		033138-FS1-1-1	033138-FS1-1-2	033138-FS1-1-3	限值
样品状态		无色、微浑、无味	无色、微浑、无味	无色、微浑、无味	
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	
银	mg/L	ND（<0.03）	ND（<0.03）	ND（<0.03）	0.3
备注	参考标准：《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 标准。				

—本页以下空白—

一
二
三
传

江苏安诺检测技术有限公司检测报告

表（2）检测依据


检测类别	检测项目	检测标准	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 (HJ 776-2015)	电感耦合等离子体发射仪	Optima2100DV	A-1-022

—本页以下空白—



江苏安诺检测技术有限公司检测报告

附监测点位图:



★表示废水监测点位

—报告结束—